

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ηράκλειο 15-12-2022
Αριθ. Πρωτ. : 4935 ΤΤ

**ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17
ΤΚ : 71202

Τηλ. : 2813.410422, 2813.410457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013, ανακοινώνουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 4935/15-12-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, επιβλήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία « ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ », Αγίες Παρασκευές- Ηράκλειο , Α.Φ.Μ:081582713, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000,00 €) όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.10 εδαφ.γ της Κ.Υ.Α. 91354/24-08-2017 Κανόνες ΔΙ.ΕΠ.Π.Υ. διότι σε έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 1-12-2022 , στο ελαιουργείο τους, που βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση, διαπιστώθηκε ότι: “ ο επιδαπέδιος ζυγός στον οποίο ζυγιζόταν το εξαχθέν από την εγκατάσταση ελαιόλαδο, είχε απόκλιση από το ανεκτό σφάλμα όπως ορίζεται στο άρθρο 82, παρ. 2 α, της απόφασης αριθμ. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στη σχετική νομοθεσία που αναφέρει (υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β' 1230) στο Παράρτημα Ι της οποίας αναφέρονται τα όρια σφάλματος αναλόγως του φορτίου. Συγκεκριμένα στον ζυγό που ελέγχθηκε, ο οποίος είναι κατηγορίας ΙΙΙ και έχει βήμα ζύγισης 200 g (0,2 kg), τοποθετήθηκαν 80 kg (πρότυπα βάρη της Υπηρεσίας μας) και η ένδειξη αυτού ήταν 78,4 kg.

Βάσει του Παραρτήματος Ι, Πίνακας Ι, της απόφασης ΔΠΠ 1417/2016, το σφάλμα, για περιοχή ζύγισης από 0 έως 500 x βήμα ζύγισης, δηλαδή 500 x 0,2 kg = 100 kg (άρα από 0 έως 100 kg), είναι $\pm 0,5$ x βήμα ζύγισης, δηλαδή 0,5 x 0,2 kg = 0,1 kg και έχοντας υπόψη το εδάφιο 4.2 της ίδιας απόφασης το οποίο αναφέρει ότι κατά τη χρήση του ζυγού το σφάλμα διπλασιάζεται τότε το μέγιστο ανεκτό σφάλμα είναι 0,1 kg x 2 = 0,2 kg.

Συμπέρασμα: το σφάλμα κατά τη ζύγιση με τα βάρη της Υπηρεσίας ήταν 1,6 kg αντί του μέγιστου επιτρεπτού σφάλματος 0,2 kg για την περιοχή ζύγισης 0 έως 100 kg”

Παρακαλώ να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής κ.α.α
Αικατερίνη Τσουρδαλάκη

