



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



		ΑΔΑΜ: 23PROC012842245	
		ΑΔΑ:	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020	
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΑ ΤΚ. 73100 Τηλέφωνο : 2821340170 Fax : 2821340275 Πληροφορίες : Δημήτρης Κατσαβριάς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: prom@crete.gov.gr		Αρ. Πρωτ: 188925/9-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ».			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
ΝΑΙ			
Ταξινόμηση CPV	Σύμβαση Προμηθειών Κατηγορία Προμηθειών: «ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός (ταξινόμηση κατά CPV 33100000-1)»		
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος	Ημέρα εβδομάδας	Ώρα	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Χρηματοδότηση Προμήθειας :	 ΕΣΠΑ - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»		 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	Προϋπολογισθείσα δαπάνη:		21.398,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:		Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΪΗΚΟΟΣ»**, προϋπολογισμού **21.398,68** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις αποφάσεις:

- την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
- Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β΄) απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την με αρ.πρ. 196286/24.08.2018, ΑΔΑ: Ω8ΗΞ7ΛΚ-ΦΗΧ (ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο 22/06/2020) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

- Η με αρ.πρ. 3611/18.9.2018 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΪΗΚΟΟΣ» στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020»



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



- Την με αρ.πρ. 660/5.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΕΔ7ΛΚ-ΚΑΒ) ένταξη της πράξης «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020.
- Η με αρ.πρ. 17940/11.2.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 002 (ΑΔΑ:6ΤΨΖ465ΧΙ8-72Ω).
- Την με αρ.πρ. 45003/22.4.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, (ΑΔΑ: 6947465ΧΙ8-ΩΡΩ).
- Η με αρ.93/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒ7ΛΚ-ΖΩΑ) Απόφαση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εγγραφή της Πράξης σε αυτό.
- Την από 15/2/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΖ7ΛΚ-Ψ4Π) μεταξύ «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ”, «ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» για την Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ».
- Την με αρ.πρ. 198872/13.8.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΗ17ΛΚ-ΑΦΠ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Γ/κής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης για την Υλοποίηση της Πράξης.
- Την με αριθμ. 145/2023 (πρακτικό Νο 05/10-02-2023, (ΑΔΑ:6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος
- Το αρ.πρ. 184375/06-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ»**, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **21.398,68€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01.

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ»**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **21.398,68** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών.

Λόγοι αποκλεισμού

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1 έως την **20/06/2023 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.** Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ./202... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Ο φάκελος περιέχει :

- 1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : « δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 »
- 2) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών)
- 3) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, σε ισχύ.
- 4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.
- 5) Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος
 - Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης .
Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
 - Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.
- 6) Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 υποβάλλει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
- 7) Την Τεχνική προσφορά. Ο προσφέρων συντάσσει την Τεχνική προσφορά -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αναφέροντας αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την προσφορά του και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.
- 8) Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη **Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ.**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. 145/2023 (ΑΔΑ: 6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Για την πληρωμή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Λοιποί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Χανίων (πλ. Ελευθερίας 1)

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 6%
1	ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	1	4.000,00			4.000,00
2	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	1	2.000,00	2.000,00		
3	ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	2	100,00	200,00		
4	ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	1	2.500,00	2.500,00		
5	ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	1	1.000,00	1.000,00		
6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	3	100,00	300,00		
7	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	3	300,00		900,00	
8	ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	105,00	210,00		
9	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ-ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1	1.800,00		1.800,00	
10	ΨΥΓΕΙΟ 89lt	1	240,00	240,00		
11	ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ	1	230,00	230,00		
12	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt	2	150,00	300,00		
13	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt	2	200,00	400,00		
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	1	75,00	75,00		
15	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt	1	200,00	200,00		
16	ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	2	135,00	270,00		
17	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ	1	300,00	300,00		
18	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	2	100,00	200,00		
19	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ	1	320,00	320,00		
20	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ	3	100,00	300,00		
21	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1	120,00	120,00		
22	ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1	85,00	85,00		
23	ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ	1	120,00	120,00		
24	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	1	60,00	60,00		
25	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	1	190,00	190,00		
26	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	3	70,00		210,00	
27	ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	3	80,00		240,00	
28	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	1	230,00	230,00		
29	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	3	80,00	240,00		
30	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ	2	150,00		300,00	
31	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	1	85,00	85,00		
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt	1	40,00	40,00		
33	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΘΕΡΕΣ	1	40,00	40,00		
34	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ	2	25,00	50,00		
35	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ)	2	25,45	50,90		
36	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	2	35,44	70,88		
37	ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ	2	85,54		171,08	
38	ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	2	25,50	51,00		
39	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	1	60,00	60,00		
	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ			10.537,78	3.621,08	4.000,00



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



	ΦΠΑ	2.529,07	470,74	240,00
	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ	13.066,85	4.091,82	4.240,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ	21.398,67		

Χανιά - 06 - 2023
Συντάχθηκε

.....
Ιατρός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ
α.α.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πολ/κος Μηχ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και ανθεκτικής κατασκευής για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας

1. Να είναι διφασικής απινίδωσης, χειροκίνητης, συγχρονιζόμενης και αυτόματης λειτουργίας (AED).
Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz
2. Να διαθέτει οθόνη LCD, υψηλής ανάλυσης, διαστάσεων τουλάχιστον 5,8" ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 2 τουλάχιστον διαφορετικές κυματομορφές, ο αριθμός των σφίξεων, η απαγωγή, η επιλεγόμενη ενέργεια, ο κορεσμός οξυγόνου (εφόσον υπάρχει μονάδα παλμικής οξυμετρίας), ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ένδειξη αποκόλλησης ηλεκτροδίων καθώς και άλλα βοηθητικά για το χειριστή μηνύματα.
3. Να διαθέτει καταγραφικό τουλάχιστον δύο (2) καναλιών, και ταχύτητας 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα πριν το επεισόδιο (History).
4. Να είναι φορητός με χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως 7,00 kg περίπου συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.
5. Να πραγματοποιεί απινίδωση μέσω paddles.
6. Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή και η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας να γίνεται με τρόπο ώστε να έχουμε άμεση απόκριση ενώ η φόρτιση και η εκφόρτιση να γίνεται από τα Paddles.
7. Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης με αποδιδόμενη ενέργεια 5 έως τουλάχιστον 270 Joules σε τουλάχιστον 10 βήματα.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



8. Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 70 απινιδώσεων στα 200J με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 120 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς.
9. Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 200J να είναι έως 4 sec, τόσο στο ρεύμα όσο και με την μπαταρία και στα 300J και πάνω να είναι το πολύ 8 sec.
10. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα/αναλώσιμα για την πλήρη λειτουργία του.
11. Να εκτελεί αυτόματη απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης, με φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, για χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό
12. Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με κατάλληλο φρένο και συρτάρι.
13. Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε επίσημα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσπέκτους ή εγχειρίδια του κατασκευαστή.

2. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

1. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας
2. Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία, η οποία θα περιλαμβάνεται.
3. Η δειγματοληψία να είναι μεγαλύτερη από 10000 Hz.
4. Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera.
5. Να έχει οθόνη LCD / TFT διαστάσεων 6" τουλάχιστον όπου να απεικονίζονται:
 - I. Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα
 - II. Ημερομηνία, ώρα και όνομα ασθενή
 - III. Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της κατά την λειτουργία
 - IV. Καρδιορυθμός - Επισκόπηση καρδιακής λειτουργίας
 - V. Ευαισθησία καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 διαφορετικών μεγεθών
 - VI. Διάφορα μηνύματα συστήματος
 - VII. Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιημένο ή μη)
 - VIII. Να υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη σε τυχόν αποκόλληση ή μη καλή επαφή των ηλεκτροδίων.
6. Να διαθέτει ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη
7. Να διαθέτει καταγραφικό 12 καναλιών, θερμικού τύπου, με εύρος συχνοτήτων από 0,05-150 Hz για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 200 mm-A4 (ZFOLDED). Να καταγράφει όλα τα κανάλια σε μια A4 σελίδα.
8. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόματη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση 12 απαγωγών σε μία σελίδα.
9. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/25/50 mm/s και η ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ή και αυτόματα.
10. Να παρέχει φίλτρα μυϊκά στα 25 και 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60 Hz.
11. Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη και αρχειοθέτησης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων τουλάχιστον 40 εξετάσεων.
12. Να έχει λογισμικό αυτόματων μετρήσεων και αυτόματης διάγνωσης
13. Να διαθέτει κατά προτίμηση ενιαίο καλώδιο ασθενούς.
14. Να διαθέτει Ευρωπαϊκό χρωματικό κώδικα καλωδίου ασθενούς.
15. Να είναι ελαφρύς και στιβαρής κατασκευής



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



16. Να είναι συμβατός με Η/Υ για διατήρηση και καταγραφή του ΗΚΓ. Επιπλέον να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων σε pdf
17. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη χρήση, καθώς και τσάντα μεταφοράς.
18. Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στη μετακίνηση με κατάλληλο φρένο, συρτάρι (ή καλάθι) και βραχίονα στήριξης καλωδίου
19. Να συνοδεύονται από κατάλογο με τιμές αναλωσίμων και ανταλλακτικών.

3. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

1. Αξιόπιστη μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και βήμα μέτρησης 1
2. Αξιόπιστη τεχνολογία μέτρησης και φιλτραρίσματος τύπου PureSat ή αντίστοιχη
3. Ένδειξη καρδιακού ρυθμού
4. Ανθεκτικό στις πτώσεις και στην υγρασία (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)
5. Μεγάλης ευκρίνειας οθόνη LED με ευδιάκριτη ανάγνωση των ενδείξεων από οποιοδήποτε σημείο
6. Φωτεινή ένδειξη ποιότητας σφυγμού τριών χρωμάτων
7. Φωτεινές ενδείξεις alarm
8. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών
9. Συνεχής λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου AAA τουλάχιστον 34 ωρών
10. Μικρών διαστάσεων 58x56x33cm περίπου και πολύ μικρού βάρους
11. Να διαθέτει CE mark
12. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του οίκου

4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Καινούριο, αμεταχειρίστο, σύγχρονης τεχνολογίας, φορητό, με ειδική λαβή μεταφοράς καθώς και κατάλληλο τροχήλατο με καλαθάκι.
2. Να συνοδεύεται από όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συνδεδετικά καλώδια, πενταπολικό καλώδιο ECG, 3 περιχειρίδες κανονική ενηλίκων, υπέρβαρων ενηλίκων και παιδών, αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παιδών κλπ) ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία
3. Τροφοδοσία 220Volt /50Hz
4. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου διάρκειας τουλάχιστον 4ωρών σε πλήρη λειτουργία
5. Θερμογραφικός εκτυπωτής τριών καναλιών, 3 ταχυτήτων
6. Υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής, περίπου 12 ιντσών, με ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 6 κυματομορφών καθώς και ψηφιακές ενδείξεις όλων των παρακολουθούμενων / μετρούμενων παραμέτρων
7. Μνήμη δεδομένων τουλάχιστον 48 ωρών. Καταγραφή στη μνήμη και εκτύπωση γεγονότων αρρυθμίας
8. Κατάλληλο για παρακολούθηση ενηλίκων/ παιδών με προκαθορισμένες ρυθμίσεις ορίων σε όλες τις παραμέτρους αλλά και δυνατότητα τροποποίησης αυτών.
9. Alarm κρίσιμων σημείων με ηχητική και χρωματική ένδειξη σε όλες τις παραμέτρους
10. Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης/σίγασης ήχων και alarm
11. Απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήματος ECG – αναπνοής με συναγερό άπνοιας.
12. Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ενδείξεις τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών
13. Προστασία από απινιδώσεις, ανίχνευση βηματοδότη
14. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερό να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής από την οθόνη.
15. Καρδιακός ρυθμός



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



16. Αναίμακτη πίεση NIBP (με ταλαντωσιμετρική μέθοδο) με πολλαπλές λειτουργίες μέτρησης: manual, auto, με προκαθορισμένα διαστήματα μέτρησης, stat. Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.
17. Να είναι τεχνολογίας Massimo ή Nellcor
18. Μέτρηση κορεσμού SPO2-100% με βήμα 1%
19. Παλμικός Ρυθμός PR
20. Μέτρηση Θερμοκρασίας
21. Να περιλαμβάνει τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής με τουλάχιστον ένα καλαθάκι και άγκιστρα, φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς και δυνατότητα κλίσης (tilt) του μονιτορ.

5. ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1. Να είναι εργονομικής κατασκευής και φορητή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύμα 220-240V/AC και να συνοδεύεται από τους απαραίτητους φορτιστές
2. Διάρκεια λειτουργίας μόνο με την μπαταρία / αυτονομία τουλάχιστον 30min
3. Να είναι απλή στον χειρισμό κατά την λειτουργία και η αποσυναρμολόγηση των επιμέρους παρελκόμενων της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.
4. Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης.
5. Οκαθαρισμός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήματά της (φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή με τα διάφορα εκκρίματα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο.
6. Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 20 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ' ελάχιστο 65 Kpa.
7. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας και να φέρει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης αναρρόφησης.
8. Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1 lit, με ασφαλιστική δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας.
9. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιμακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.
10. Όταν γεμίζει η φιάλη εκκρίματων, να διαθέτει σύστημα διακοπής αναρρόφησης.
11. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας, να είναι οι ελάχιστες.
12. Να διαθέτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να λειτουργεί και με φιάλη εκκρίματων μιας χρήσεως.
13. Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1.5 m.

6. ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Φορητός νεφελοποιητής υγρού φαρμάκου με τη χρήση τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα

1. Υψηλή ικανότητα νεφελοποίησης (>0,5 ml / λεπτό)
2. Να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του: δοχείο φαρμάκου, επιστόμιο, μάσκα ενηλίκων, σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, τροφοδοτικό καλώδιο, φίλτρο κτλ
3. Όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να αποστειρωθούν.
4. Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση
5. Να συνοδεύεται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς

7. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

1. Αμαξίδιο πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
2. Μεταλλικός σκελετός
3. Υφασμάτινο κάθισμα



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



4. Αποσπώμενα πλαϊνά
5. Περιστρεφόμενα και αποσπώμενα υποπόδια
6. Φουσκωτοί οπίσθιοι
7. Συμπαγείς εμπρόσθιοι τροχοί (PU) για μεγαλύτερη αντοχή
8. Να φέρει φρένα στις λαβές και φρένα στους οπίσθιους τροχούς
9. Πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 45cm, βάθος καθίσματος τουλάχιστον 40cm
10. Συνολικές διαστάσεις περίπου 89(M)×63(Π)×89(Y)cm
11. Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια

8. ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1. Σκελετός στήλης από αλουμίνιο.
2. Μεταλλική INOX τροχήλατη βάση.
3. Αντιστατικοί τροχοί με φρένα, με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση.
4. Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με εύρος τουλάχιστον 115 – 200cm.
5. Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Κατασκευή Inox με υψηλή αντοχή
2. Πτυσσόμενη, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία
3. Με σύστημα ρυθμιζόμενης βάσης για να προσεγγίζει το μέρος που χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής (π.χ. την τουαλέτα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο κ.α)
4. Αποσπώμενο και πλενόμενο κάθισμα
5. Ηλεκτρική ανύψωση και αυξομείωση ύψους (απόσταση καθίσματος από το έδαφος τουλάχιστον 38 έως 78cm)
6. Μπαταρία με αυτονομία έως και 10μέρες ή 40 πλήρεις χρήσεις
7. Αποσπώμενη πλάτη
8. Διπλοί τροχοί με δυνατότητα περιστροφής 360° –μπροστινοίτροχοί με φρένο διαμέτρου 12cm, πίσω τροχοί με διάμετρο 10cm
9. Αυξομειώμενη βάση (εξωτερικό πλάτος περίπου 65 έως 105cm)
10. Βάρος σκελετού 10kg



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



11. Μέγιστο βάρος χρήστη 115kg

12. Εγγύηση 3 χρόνια

10. ΨΥΓΕΙΟ 89lt

1. Χωρητικότητας περίπου 89lt (χωρητικότητα συντήρησης 77lt περίπου, χωρητικότητα κατάψυξης 12lt περίπου)

2. Διαστάσεις περίπου 82x48x50cm

3. Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

11. ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

1. Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου που πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

2. Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας

3. Να διατίθενται ανά ζεύγος

4. Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου >250 kg

5. Διαστάσεις: πλάτος τουλάχιστον 17cm - Μήκος σε πτύξη: 90 cm με δυνατότητα επιμήκυνσης έως τουλάχιστον 2m

6. Πιστοποίηση CE

7. Εγγύηση 2 χρόνια

12. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt

1. Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου

2. Χωρητικότητα 3lt

3. Με κλείστρο 25E και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite

4. Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min)

5. Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς

6. Επίπεδη βάση

7. Εγγύηση 2 χρόνια

13. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt

1. Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου

2. Χωρητικότητα 5lt

3. Με κλείστρο 25E και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite

4. Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min)

5. Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



6. Επίπεδη βάση

7. Εγγύηση 2 χρόνια

14. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Καρότσι Μεταφοράς Φιαλών Οξυγόνου 2, 5 και 10 λίτρων

15. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt

1. Δοχείο απολύμανσης με καπάκι χωρητικότητας 10lt, κατάλληλο για απολύμανση ιατρικών εργαλείων
2. Να διαθέτει ένθετο κόσκινο από ανθεκτικό υλικό και με οπές για εύκολο στέγνωμα
3. Να είναι κατασκευασμένο από υλικό (π.χ. PVC) υψηλής αντοχής σε υγρά απολύμανσης
4. Όγκος: 10λίτρα
5. Διαστάσεις (εξωτερικές): 53x32.5x10cm περίπου

16. ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

1. Αναδιπλούμενο παραβάν με 3 πλαίσια που να συνδέονται με μεντεσέδες ώστε να επιτρέπεται η επιθυμητή τοποθέτησης
2. Διάσταση φύλλου 60cm x1,70cm
3. Με μη διαπερατό ύφασμα άριστης ποιότητας
4. Τροχήλατο με 6 τροχούς με δυνατότητα κίνησης προς όλες τις διευθύνσεις
5. Βάρος λιγότερο από 30kg

17. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ

1. Στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση
2. Να στηρίζεται σε 4 πόδια.
3. Να έχει σκελετό στιβαρής μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή με χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σκούρου χρώματος, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης - καθαρισμού
4. Να φέρει ανθεκτικό στρώμα επενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού, σκούρου χρώματος.
5. Να διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη. Η ανάκλιση να γίνεται με εύχρηστο μηχανισμό υψηλής αντοχής.
6. Αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 110 kg
7. Να έχει υποδοχέα ρολού χαρτοσέντονου



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



8. Διαστάσεις περίπου 195x65x75cm (Μ Χ Π Χ Υ)

9. Εγγύηση 2 χρόνια

18. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

1. Τροχήλατο σκαμπό με πλάτη

2. Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα με ταπετσαρία δερματίνης

3. Υδραυλικός μηχανισμός ρύθμισης ύψους περίπου (50-70cm)

4. Βάση χρωμίου 5 τροχών

5. Εγγύηση 2 χρόνια

19. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ

1. Τροχήλατο τραπέζι ανοξείδωτο INOX

2. Με 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια) με περιμετρικό προστατευτικό γείσο

3. Με προσθαφαιρούμενο ανοξείδωτο συρτάρι

4. 4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο

5. Με 2 χειρολαβές ωθήσεως

6. Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων

7. Διαστάσεις: 50x70x85cm περίπου

8. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

1. Τεχνολογία AFIB για ανίχνευση κοιλιακής μαρμαρυγής με την ένδειξη του σύμβολου AFIB στην οθόνη.

2. Τεχνολογία MAM: Το πιεσόμετρο να εκτελεί αυτόματα σε κάθε μέτρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μια τριπλή μέτρηση (τρεις διαδοχικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης), ώστε να προκύπτει γρήγορο και ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

3. Θύρα USB για σύνδεση σε PC (H/Y)

4. Εύκολη χρήση με ένα μόνο κουμπί

5. Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών

6. Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα

7. Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων μέτρησης

8. Με ένδειξη στην οθόνη εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης βρίσκεται εντός του βέλτιστου (πράσινο), αυξημένου (κίτρινο), πολύ υψηλού (πορτοκαλί) ή επικίνδυνα υψηλού (κόκκινο) φάσματος



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



9. Δείκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης
10. Δείκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση
11. Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος
12. Με περιχειρίδα 22-42 cm κατάλληλη για κανονικά αλλά και για πιο εύσωμα άτομα
13. Δυνατότητα λειτουργίας με μετασχηματιστή ρεύματος
14. Να είναι πολύ ελαφρύ περίπου 350gr μαζί με τις μπαταρίες του
15. Εγγύηση 3 χρόνια

21. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Στεφάνη που δεν παγώνει, για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς
3. Μαλακές και εφαρμοστές ελιές, που παρέχουν άνετη εφαρμογή και εξαιρετική ηχομόνωση
4. Κατασκευή σωλήνα: Μονός αυλός
5. Βάρος κώδωνα περίπου 80 gr
6. Διάμετρος διαφράγματος περίπου 4mil
7. Συνολικό μήκος τουλάχιστον 65 cm
8. Τεχνολογία κώδωνα: Διπλής όψης
9. Χρώμα σωλήνα: Μαύρο
10. Εγγύηση 5 χρόνια
11. Αδιάβροχη θήκη μεταφοράς στηθοσκοπίου με εσωτερική θήκη από πλέγμα για επιπλέον αποθήκευση

22. ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Βοηθητικό ανάβαθρο – σκαλοπάτι μονό για την ομαλή άνοδο στην εξεταστική κλίνη
2. Να διαθέτει λαβή συγκράτησης ασφαλείας
3. Με αντιολισθητική επιφάνειας
4. Διαστάσεις επιφάνειας: 36 x 28 x 22 cm
5. Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg

23. ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ

1. Κλιβανιζόμενη ambu σιλικόνης για επαγγελματική χρήση χωρίς Latex
2. Με ασκό αναζωογόνησης 2500ml



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



3. Να περιλαμβάνει ασκό επανεισπνοής 1600ml περίπου
4. Μάσκα Νο4 σιλικόνης
5. Βαλβίδα pop-off 60cm/H2o
6. Σωλήνας οξυγόνου 2m
7. Περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού αναζωογόνησης με την μάσκα
8. Με ανταλλακτική βαλβίδα για την Ambu και ανταλλακτικό ρεζερβουάρ οξυγόνου μίας χρήσης

24. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

1. Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου
2. Με 2 ράφια και με κλειδαριά και κλειδί
3. Διαστάσεις: 46x30x14cm
4. Βάρος: 7,5 kg

25. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ

Πλήρες Διαγνωστικό Σετ ΩΡΛ γενικής Χρήσης που να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο με λαβή, κεφαλή για ξύλινο γλωσσοπίεστρο, 2 λαρυγγικούς καθρέπτες, κεφαλή ρινοδιαστολέα, ρυθμιζόμενο λαρυγγικό φακό που εφάπτεται η κεφαλή του γλωσσοπίεστρου.

1. Να διατίθεται σε κασετίνα προστασίας
2. Λειτουργία με μπαταρίες
3. Εγγύηση 2 χρόνια

26. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

1. Μέγιστο Βάρος Χρήστη 130kg
2. Τα μπράτσα να μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να κάθεται σε πιο άνετη θέση και να παρέχουν περαιτέρω στήριξη και βοήθεια όταν κάθεται ή σηκώνεται. Μέγιστο βάρος πλαϊνών 40kg
3. Συνολικό πλάτος 50cm
4. Πλάτος καθίσματος 40cm
5. Βάθος καθίσματος 45cm
6. Ύψος 12,5cm
7. Ύψος βραχίονα 25cm

27. ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

1. Ιδανικό βοήθημα για να κάνει το μπάνιο σας πιο εύκολο και ξεκούραστο. Πλαστικό κάθισμα με πλάτη και χειρολαβές για καλύτερη και ασφαλέστερη στήριξη.
2. Σκελετός αλουμινίου
3. Λαστιχένια πόδια για να μην γλιστράει.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



4. Μέγιστο Βάρος Χρήστη 100kg
5. Προσθαφαιρούμενη πλάτη και χειρολαβές
6. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους καθίσματος περίπου 30-50cm
7. Διαστάσεις καθίσματος περίπου 30x40cm

28. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ

1. Διαφανοσκόπιο τεχνολογίας LCD μίας θέσης
2. Φωτισμός 9600K
3. Δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας
4. Ισχύς 24W
5. Τάση 220-230V
6. Εσωτερικές διαστάσεις 44x36cm
7. Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50x50x2,4cm

29. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

1. Βοηθητική λαβή/στήριγμα για κρεβάτι
2. Τοποθετείται μεταξύ του στρώματος και του κρεβατιού
3. Μαλακή λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια
4. Ρυθμιζόμενη ύψος λαβής
5. Μέγιστο βάρος χρήστη έως 110kg
6. Να διαθέτει ιμάντες ασφαλείας για σταθεροποίηση

30. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ

1. Μεταλλική κατασκευή αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού
2. Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
3. Να διαθέτει κάθισμα και αφαιρούμενο καλαθάκι μεταφοράς αντικειμένων
4. Να έχει ανατομικές χειρολαβές με φρένα και ρυθμιζόμενο ύψος
5. Με ρυθμιζόμενο ύψος 77-88cm
6. Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg
7. Με συμπαγείς τροχούς και φρένα που κλειδώνουν στους οπίσθιους τροχούς
8. Να φέρει βραχίονα στήριξης για να ακουμπάει ο ασθενής όταν κάθεται

31. ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

Το Σετ να περιεχει τουλάχιστον:

1. Ανοξειδωτο νεφροειδες
2. Ανοξειδωτο μπωλ Γενικης χρήσης 150 ml
3. Ανοξειδωτη λαβίδα Kocher - ευθεία - 16 cm
4. Ανοξειδωτη ανατομική λαβίδα - 16 cm
5. Ανοξειδωτο ψαλίδι
6. Ανοξειδωτη τολυπολαβίδα
7. Ανοξειδωτο δίσκο εργαλείων με καπάκι διαστάσεων περίπου 25 x 30 x 6.2 cm

32. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt

1. Να διαθέτει πεντάλ και υδραυλικό μηχανισμό ανοίγματος με soft κλείσιμο



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



2. Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα
3. Με διαστάσεις περίπου 62x25x25cm
4. Χωρητικότητα 20lt
5. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

33. ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

1. Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου με υπέρυθρες για θερμομέτρηση χωρίς επαφή
2. Με φωτιζόμενη οθόνη LCD
3. Με θήκη μεταφοράς
4. Με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης μετά την τελευταία μέτρηση
5. Λειτουργία με μπαταρίες
6. Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη

34. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ

Μαξιλάρι μαλακό και ειδικά διαμορφωμένο για να τοποθετείται ανάμεσα στα γόνατα. Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την ιδανική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

1. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αφρό μνήμης (memory foam)
2. Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται
3. Διαστάσεις περίπου 25x20x15cm

35. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ)

Μαξιλάρι με κλίση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της πλάτης και για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των κάτω άκρων.

4. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υποαλλεργικό υλικό.
5. Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται
6. Διαστάσεις περίπου 37x37x7cm

36. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ

Μαξιλάρι για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης και την ανακούφιση του πόνου στην περιοχή του κόκκυγα

1. Να είναι κατασκευασμένο από ανατομικό υλικό
2. Να φέρει οπή στο κέντρο
3. Να διαθέτει θήκη που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και επανατοποθετείται
4. Με διάμετρο δακτυλίου περίπου 40cm και πάχος 7cm

37. ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

1. Με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
2. Να διαθέτει προσθαφαιρούμενο δοχείο για να καθαρίζεται εύκολα
3. Με ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 46-56cm
4. Μέγιστο βάρος χρήστη 100kg
5. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους

38. ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ

1. Φουσκωτή λεκάνη για λούσιμο με ανατομική θέση για τον αυχένα για εύκολη τοποθέτηση
2. Φουσκώνεται με τη χρήση αντλίας χειρός ή εναλλακτικά με το στόμα
3. Η συγκράτηση του αέρα γίνεται με βαλβίδα ασφαλείας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



4. Από ανθεκτικό υλικό (π.χ. PVC)
5. Να διαθέτει σωλήνα για τη εύκολη απομάκρυνση του νερού
6. Να περιλαμβάνει αντλία χειρός (τρόμπα)
7. Διαστάσεις περίπου 60x50x20cm

39. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

1. Ψηφιακή ζυγαριά δαπέδου με ευανάγνωστη οθόνη
2. Μέγιστο βάρος (τουλάχιστον) 150kg
3. Διαβάθμιση ανά 100gr
4. Διαστάσεις περίπου 35x35cm
5. Λειτουργία με μπαταρίες

Χανιά - 06 – 2023

Συντάχθηκε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Πρ/νη Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
α.α.

.....
Ιατρός

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πολ/κος Μηχ/κος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ)
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ (αρ. πρόσκλ.....)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης με έδρα

....., οδός αριθμός

Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ	ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
1.	ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	<p>Να είναι καινούριος, αμεταχειριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και ανθεκτικής κατασκευής για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας</p> <p>Να είναι διφασικής απινίδωσης, χειροκίνητης, συγχρονιζόμενης και αυτόματης λειτουργίας (AED). Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz</p> <p>Να διαθέτει οθόνη LCD, υψηλής ανάλυσης, διαστάσεων τουλάχιστον 5,8" ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 2 τουλάχιστον διαφορετικές κυματομορφές, ο αριθμός των σφίξεων, η απαγωγή, η επιλεγόμενη ενέργεια, ο κορεσμός οξυγόνου (εφόσον υπάρχει μονάδα παλμικής οξυμετρίας), ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ένδειξη αποκόλλησης ηλεκτροδίων καθώς και άλλα βοηθητικά για το χειριστή μηνύματα.</p> <p>Να διαθέτει καταγραφικό τουλάχιστον δύο (2) καναλιών, και ταχύτητας 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα πριν το επεισόδιο (History).</p> <p>Να είναι φορητός με χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως 7,00 kg περίπου συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.</p> <p>Να πραγματοποιεί απινίδωση μέσω paddles.</p> <p>Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή και η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας να γίνεται με τρόπο ώστε να έχουμε άμεση απόκριση ενώ η φόρτιση και η εκφόρτιση να γίνεται από τα Paddles.</p> <p>Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης με αποδιδόμενη ενέργεια 5 έως τουλάχιστον 270 Joules σε τουλάχιστον 10 βήματα.</p> <p>Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 70 απινιδώσεων στα 200J με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 120 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς.</p> <p>Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 200J να είναι έως 4 sec, τόσο στο ρεύμα όσο και με την μπαταρία και στα 300J και πάνω να είναι το πολύ 8 sec.</p> <p>Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα/αναλώσιμα για την πλήρη λειτουργία του.</p> <p>Να εκτελεί αυτόματη απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης, με φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, για</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ	ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό</p> <p>Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με κατάλληλο φρένο και συρτάρι.</p> <p>Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε επίσημα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσπέκτους ή εγχειρίδια του κατασκευαστή.</p>			
2.	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	<p>Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας</p> <p>Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία, η οποία θα περιλαμβάνεται.</p> <p>Η δειγματοληψία να είναι μεγαλύτερη από 10000 Hz.</p> <p>Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera.</p> <p>Να έχει οθόνη LCD / TFT διαστάσεων 6" τουλάχιστον όπου να απεικονίζονται:</p> <p>Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα Ημερομηνία, ώρα και όνομα ασθενή Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της κατά την λειτουργία Καρδιορυθμός - Επισκόπηση καρδιακής λειτουργίας Ευαισθησία καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 διαφορετικών μεγεθών Διάφορα μηνύματα συστήματος Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιημένο ή μη) Να υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη σε τυχόν αποκόλληση ή μη καλή επαφή των ηλεκτροδίων. Να διαθέτει ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη</p> <p>Να διαθέτει καταγραφικό 12 καναλιών, θερμικού τύπου, με εύρος συχνοτήτων από 0,05-150 Hz για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 200 mm-A4 (ZFOLDED). Να καταγράφει όλα τα κανάλια σε μια A4 σελίδα.</p> <p>Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόματη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση 12 απαγωγών σε μία σελίδα.</p> <p>Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/25/50 mm/s και η ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ή και αυτόματα.</p> <p>Να παρέχει φίλτρα μυϊκά στα 25 και 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60 Hz.</p> <p>Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη και αρχαιοθέτησης</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>ηλεκτροκαρδιογραφημάτων τουλάχιστον 40 εξετάσεων.</p> <p>Να έχει λογισμικό αυτόματων μετρήσεων και αυτόματης διάγνωσης</p> <p>Να διαθέτει κατά προτίμηση ενιαίο καλώδιο ασθενούς.</p> <p>Να διαθέτει Ευρωπαϊκό χρωματικό κώδικα καλωδίου ασθενούς.</p> <p>Να είναι ελαφρύς και στιβαρής κατασκευής</p> <p>Να είναι συμβατός με Η/Υ για διατήρηση και καταγραφή του ΗΚΓ. Επιπλέον να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων σε pdf</p> <p>Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη χρήση, καθώς και τσάντα μεταφοράς.</p> <p>Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στη μετακίνηση με κατάλληλο φρένο, συρτάρι (ή καλάθι) και βραχίονα στήριξης καλωδίου</p> <p>Να συνοδεύονται από κατάλογο με τιμές αναλωσίμων και ανταλλακτικών.</p>			
3	ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	<p>Αξιόπιστη μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και βήμα μέτρησης 1</p> <p>Αξιόπιστη τεχνολογία μέτρησης και φιλτραρίσματος τύπου PureSat ή αντίστοιχη</p> <p>Ένδειξη καρδιακού ρυθμού</p> <p>Ανθεκτικό στις πτώσεις και στην υγρασία (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)</p> <p>Μεγάλης ευκρίνειας οθόνη LED με ευδιάκριτη ανάγνωση των ενδείξεων από οποιοδήποτε σημείο</p> <p>Φωτεινή ένδειξη ποιότητας σφυγμού τριών χρωμάτων</p> <p>Φωτεινές ενδείξεις alarm</p> <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών</p> <p>Συνεχής λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου AAA τουλάχιστον 34 ωρών</p> <p>Μικρών διαστάσεων 58x56x33cm περίπου και πολύ μικρού βάρους</p> <p>Να διαθέτει CE mark</p> <p>Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του οίκου</p>	ΝΑΙ		
4.	ΙΑΤΡΙΚΟ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ	<p>Καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, φορητό, με ειδική λαβή μεταφοράς καθώς και κατάλληλο τροχήλατο με καλαθάκι.</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ	ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
	<p>ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ</p>	<p>Να συνοδεύεται από όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συνδετικά καλώδια, πενταπολικό καλώδιο ECG, 3 περιχειρίδες κανονική ενηλίκων, υπέρβαρων ενηλίκων και παιδών, αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παιδών κλπ) ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία</p> <p>Τροφοδοσία 220Volt /50Hz</p> <p>Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου διάρκειας τουλάχιστον 4ωρών σε πλήρη λειτουργία</p> <p>Θερμογραφικός εκτυπωτής τριών καναλιών, 3 ταχυτήτων</p> <p>Υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής, περίπου 12 ιντσών, με ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 6 κυματομορφών καθώς και ψηφιακές ενδείξεις όλων των παρακολουθούμενων / μετρούμενων παραμέτρων</p> <p>Μνήμη δεδομένων τουλάχιστον 48 ωρών. Καταγραφή στη μνήμη και εκτύπωση γεγονότων αρρυθμίας</p> <p>Κατάλληλο για παρακολούθηση ενηλίκων/ παιδών με προκαθορισμένες ρυθμίσεις ορίων σε όλες τις παραμέτρους αλλά και δυνατότητα τροποποίησης αυτών.</p> <p>Alarm κρίσιμων σημείων με ηχητική και χρωματική ένδειξη σε όλες τις παραμέτρους</p> <p>Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης/σίγασης ήχων και alarm</p> <p>Απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήματος ECG – αναπνοής με συναγερμό άπνοιας.</p> <p>Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ενδείξεις τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών</p> <p>Προστασία από απινιδώσεις, ανίχνευση βηματοδότη</p> <p>Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής από την οθόνη.</p> <p>Καρδιακός ρυθμός</p> <p>Αναίμακτη πίεση NIBP (με ταλαντωσιμετρική μέθοδο) με πολλαπλές λειτουργίες μέτρησης: manual, auto, με προκαθορισμένα διαστήματα μέτρησης, stat. Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.</p> <p>Να είναι τεχνολογίας Massimo ή Nellcor</p> <p>Μέτρηση κορεσμού SPO2-100% με βήμα 1%</p> <p>Παλμικός Ρυθμός PR</p>			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		Μέτρηση Θερμοκρασίας Να περιλαμβάνει τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής με τουλάχιστον ένα καλαθάκι και άγκιστρα, φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς και δυνατότητα κλίσης (tilt) του μονιτορ.			
5.	ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	Να είναι εργονομικής κατασκευής και φορητή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύμα 220-240V/AC και να συνοδεύεται από τους απαραίτητους φορτιστές Διάρκεια λειτουργίας μόνο με την μπαταρία / αυτονομία τουλάχιστον 30min Να είναι απλή στον χειρισμό κατά την λειτουργία και η αποσυναρμολόγηση των επιμέρους παρελκόμενων της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων. Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης. Οκαθαρισμός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήματά της (φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή με τα διάφορα εκκρίματα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο. Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 20 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ' ελάχιστο 65 Κρα. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας και να φέρει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης αναρρόφησης. Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1 lit, με ασφαλιστική δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιμακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας. Όταν γεμίζει η φιάλη εκκρίματων, να διαθέτει σύστημα διακοπής αναρρόφησης. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας, να είναι οι ελάχιστες. Να διαθέτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να λειτουργεί και με φιάλη εκκρίματων μιας χρήσεως. Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1.5 m.	ΝΑΙ		
6.	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	Φορητός νεφελοποιητής υγρού φαρμάκου με τη χρήση τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα Υψηλή ικανότητα νεφελοποίησης (>0,5 ml / λεπτό) Να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του: δοχείο φαρμάκου, επιστόμιο, μάσκα ενηλίκων, σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, τροφοδοτικό καλώδιο, φίλτρο κτλ Όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να αποστειρωθούν.	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση</p> <p>Να συνοδεύεται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς</p>			
7.	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	<p>Αμαξίδιο πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση</p> <p>Μεταλλικός σκελετός</p> <p>Υφασμάτινο κάθισμα</p> <p>Αποσπώμενα πλαϊνά</p> <p>Περιστρεφόμενα και αποσπώμενα υποπόδια</p> <p>Φουσκωτοί οπίσθιοι</p> <p>Συμπαγείς εμπρόσθιοι τροχοί (PU) για μεγαλύτερη αντοχή</p> <p>Να φέρει φρένα στις λαβές και φρένα στους οπίσθιους τροχούς</p> <p>Πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 45cm, βάθος καθίσματος τουλάχιστον 40cm</p> <p>Συνολικές διαστάσεις περίπου 89(Μ)×63(Π)×89(Υ)cm</p> <p>Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg</p> <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια</p>	ΝΑΙ		
8.	ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	<p>Σκελετός στήλης από αλουμίνιο.</p> <p>Μεταλλική INOX τροχήλατη βάση.</p> <p>Αντιστατικοί τροχοί με φρένα, με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση.</p> <p>Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με εύρος τουλάχιστον 115 – 200cm.</p> <p>Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg</p>	ΝΑΙ		
9.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	<p>Κατασκευή Ιnox με υψηλή αντοχή</p> <p>Πτυσσόμενη, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία</p> <p>Με σύστημα ρυθμιζόμενης βάσης για να προσεγγίζει το μέρος που χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής (π.χ. την τουαλέτα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο κα)</p> <p>Αποσπώμενο και πλενόμενο κάθισμα</p> <p>Ηλεκτρική ανύψωση και αυξομείωση ύψους (απόσταση καθίσματος από το έδαφος τουλάχιστον 38 έως 78cm)</p> <p>Μπαταρία με αυτονομία έως και 10 μέρες ή 40 πλήρεις χρήσεις</p> <p>Αποσπώμενη πλάτη</p> <p>Διπλοί τροχοί με δυνατότητα περιστροφής 360° –μπροστινοί τροχοί με φρένο διαμέτρου 12cm, πίσω τροχοί με διάμετρο 10cm</p> <p>Αυξομειώμενη βάση (εξωτερικό πλάτος περίπου 65 έως 105cm)</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		Βάρος σκελετού 10kg Μέγιστο βάρος χρήστη 115kg Εγγύηση 3 χρόνια			
10.	ΨΥΓΕΙΟ 89lt	Χωρητικότητας περίπου 89lt (χωρητικότητα συντήρησης 77lt περίπου, χωρητικότητα κατάψυξης 12lt περίπου) Διαστάσεις περίπου 82x48x50cm Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση	ΝΑΙ		
11.	ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ	Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου που πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Κατασκευασμένες από αλουμίνιο υψηλής ανθεκτικότητας Να διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου >250 kg Διαστάσεις: πλάτος τουλάχιστον 17cm - Μήκος σε πτύξη: 90 cm με δυνατότητα επιμήκυνσης έως τουλάχιστον 2m Πιστοποίηση CE Εγγύηση 2 χρόνια	ΝΑΙ		
12.	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt	Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου Χωρητικότητα 3lt Με κλείστρο 25E και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min) Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς Επίπεδη βάση Εγγύηση 2 χρόνια	ΝΑΙ		
13.	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt	Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου Χωρητικότητα 5lt Με κλείστρο 25E και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min) Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς Επίπεδη βάση Εγγύηση 2 χρόνια	ΝΑΙ		
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Καρότσι Μεταφοράς Φιαλών Οξυγόνου 2, 5 και 10 λίτρων	ΝΑΙ		
15.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt	Δοχείο απολύμανσης με καπάκι χωρητικότητας 10lt, κατάλληλο για απολύμανση ιατρικών εργαλείων	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Να διαθέτει ένθετο κόσκινο από ανθεκτικό υλικό και με σπές για εύκολο στέγνωμα</p> <p>Να είναι κατασκευασμένο από υλικό (π.χ. PVC) υψηλής αντοχής σε υγρά απολύμανσης</p> <p>Όγκος: 10λίτρα</p> <p>Διαστάσεις (εξωτερικές): 53x32.5x10cm περίπου</p>			
16.	ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	<p>Αναδιπλούμενο παραβάν με 3 πλαίσια που να συνδέονται με μεντεσέδες ώστε να επιτρέπεται η επιθυμητή τοποθέτηση</p> <p>Διάσταση φύλλου 60cm x1,70cm</p> <p>Με μη διαπερατό ύφασμα άριστης ποιότητας</p> <p>Τροχήλατο με 6 τροχούς με δυνατότητα κίνησης προς όλες τις διευθύνσεις</p> <p>Βάρος λιγότερο από 30kg.</p>	ΝΑΙ		
17.	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ	<p>Στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση</p> <p>Να στηρίζεται σε 4 πόδια.</p> <p>Να έχει σκελετό στιβαρής μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή με χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σκούρου χρώματος, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης - καθαρισμού</p> <p>Να φέρει ανθεκτικό στρώμα επενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα χημικά απολύμανσης - καθαρισμού, σκούρου χρώματος.</p> <p>Να διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη. Η ανάκλιση να γίνεται με εύχρηστο μηχανισμό υψηλής αντοχής.</p> <p>Αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 110 kg</p> <p>Να έχει υποδοχέα ρολού χαρτοσέντονου</p> <p>Διαστάσεις περίπου 195x65x75cm (Μ Χ Π Χ Υ)</p> <p>Εγγύηση 2 χρόνια</p>	ΝΑΙ		
18.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	<p>Τροχήλατο σκαμπό με πλάτη</p> <p>Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα με ταπετσαρία δερματίνης</p> <p>Υδραυλικός μηχανισμός ρύθμισης ύψους περίπου (50-70cm)</p> <p>Βάση χρωμίου 5 τροχών</p> <p>Εγγύηση 2 χρόνια</p>			
19.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ	<p>Τροχήλατο τραπέζι ανοξείδωτο INOX</p> <p>Με 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια) με περιμετρικό προστατευτικό γείσο</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Με προσθαφαιρούμενο ανοξείδωτο συρτάρι</p> <p>4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο</p> <p>Με 2 χειρολαβές ωθήσεως</p> <p>Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων</p> <p>Διαστάσεις: 50x70x85cm περίπου</p> <p>Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον</p>			
20.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ	<p>Τεχνολογία AFIB για ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής με την ένδειξη του σύμβολου AFIB στην οθόνη.</p> <p>Τεχνολογία MAM: Το πιεσόμετρο να εκτελεί αυτόματα σε κάθε μέτρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μια τριπλή μέτρηση (τρεις διαδοχικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης), ώστε να προκύπτει γρήγορο και ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης</p> <p>Θύρα USB για σύνδεση σε PC (H/Y)</p> <p>Εύκολη χρήση με ένα μόνο κουμπί</p> <p>Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών</p> <p>Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα</p> <p>Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων μέτρησης</p> <p>Με ένδειξη στην οθόνη εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης βρίσκεται εντός του βέλτιστου (πράσινο), αυξημένου (κίτρινο), πολύ υψηλού (πορτοκαλί) ή επικίνδυνα υψηλού (κόκκινο) φάσματος</p> <p>Δείκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης</p> <p>Δείκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση</p> <p>Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος</p> <p>Με περιχειρίδα 22-42 cm κατάλληλη για κανονικά αλλά και για πιο εύσωμα άτομα</p> <p>Δυνατότητα λειτουργίας με μετασχηματιστή ρεύματος</p> <p>Να είναι πολύ ελαφρύ περίπου 350gr μαζί με τις μπαταρίες του</p> <p>Εγγύηση 3 χρόνια</p>	ΝΑΙ		
21.	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	<p>Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα</p> <p>Στεφάνη που δεν παγώνει, για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς</p> <p>Μαλακές και εφαρμοστές ελιές, που παρέχουν άνετη εφαρμογή και εξαιρετική ηχομόνωση</p> <p>Κατασκευή σωλήνα: Μονός αυλός</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Βάρος κώδωνα περίπου 80 gr</p> <p>Διάμετρος διαφράγματος περίπου 4mil</p> <p>Συνολικό μήκος τουλάχιστον 65 cm</p> <p>Τεχνολογία κώδωνα: Διπλής όψης</p> <p>Χρώμα σωλήνα: Μαύρο</p> <p>Εγγύηση 5 χρόνια</p> <p>Αδιάβροχη θήκη μεταφοράς στηθοσκοπίου με εσωτερική θήκη από πλέγμα για επιπλέον αποθήκευση</p>			
22.	ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	<p>Βοηθητικό ανάβαθρο – σκαλοπάτι μονό για την ομαλή άνοδο στην εξεταστική κλίνη</p> <p>Να διαθέτει λαβή συγκράτησης ασφαλείας</p> <p>Με αντιολισθητική επιφάνειας</p> <p>Διαστάσεις επιφάνειας: 36 x 28 x 22 cm</p> <p>Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg</p>	ΝΑΙ		
23.	ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ	<p>Κλιβανιζόμενη ambu σιλικόνης για επαγγελματική χρήση χωρίς Latex</p> <p>Με ασκό αναζωογόνησης 2500ml</p> <p>Να περιλαμβάνει ασκό επανεισπνοής 1600ml περίπου</p> <p>Μάσκα Νο4 σιλικόνης</p> <p>Βαλβίδα pop-off 60cm/H2o</p> <p>Σωλήνας οξυγόνου 2m</p> <p>Περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού αναζωογόνησης με την μάσκα</p> <p>Με ανταλλακτική βαλβίδα για την Ambu και ανταλλακτικό ρεζερβουάρ οξυγόνου μίας χρήσης</p>	ΝΑΙ		
24.	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	<p>Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου</p> <p>Με 2 ράφια και με κλειδαριά και κλειδί</p> <p>Διαστάσεις: 46x30x14cm</p> <p>Βάρος: 7,5 kg</p>	ΝΑΙ		
25.	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	<p>Πλήρες Διαγνωστικό Σετ ΩΡΛ γενικής Χρήσης που να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο με λαβή, κεφαλή για ξύλινο γλωσσοπίεστρο, 2 λαρυγγικούς καθρέπτες, κεφαλή ρινοδιαστολέα, ρυθμιζόμενο λαρυγγικό φακό που εφάπτεται η κεφαλή του γλωσσοπίεστρου.</p> <p>Να διατίθεται σε κασετίνα προστασίας</p> <p>Λειτουργία με μπαταρίες</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		Εγγύηση 2 χρόνια			
26.	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	Μέγιστο Βάρος Χρήστη 130kg Τα μπράτσα να μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να κάθεται σε πιο άνετη θέση και να παρέχουν περαιτέρω στήριξη και βοήθεια όταν κάθεται ή σηκώνεται. Μέγιστο βάρος πλαϊνών 40kg Συνολικό πλάτος 50cm Πλάτος καθίσματος 40cm Βάθος καθίσματος 45cm Ύψος 12,5cm Ύψος βραχίονα 25cm	ΝΑΙ		
27.	ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	Ιδανικό βοήθημα για να κάνει το μπάνιο σας πιο εύκολο και ξεκούραστο. Πλαστικό κάθισμα με πλάτη και χειρολαβές για καλύτερη και ασφαλέστερη στήριξη. Σκελετός αλουμινίου Λαστιχένια πόδια για να μην γλιστράει. Μέγιστο Βάρος Χρήστη 100kg Προσθαφαιρούμενη πλάτη και χειρολαβές Δυνατότητα ρύθμισης ύψους καθίσματος περίπου 30-50cm Διαστάσεις καθίσματος περίπου 30x40cm	ΝΑΙ		
28.	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	Διαφανοσκόπιο τεχνολογίας LCD μίας θέσης Φωτισμός 9600K Δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας Ισχύς 24W Τάση 220-230V Εσωτερικές διαστάσεις 44x36cm Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50x50x2,4cm	ΝΑΙ		
29.	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	Βοηθητική λαβή/στήριγμα για κρεβάτι Τοποθετείται μεταξύ του στρώματος και του κρεβατιού Μαλακή λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια Ρυθμιζόμενη ύψος λαβής Μέγιστο βάρος χρήστη έως 110kg Να διαθέτει ιμάντες ασφαλείας για σταθεροποίηση			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
30.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ	Μεταλλική κατασκευή αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά Να διαθέτει κάθισμα και αφαιρούμενο καλάθι μεταφοράς αντικειμένων Να έχει ανατομικές χειρολαβές με φρένα και ρυθμιζόμενο ύψος Με ρυθμιζόμενο ύψος 77-88cm Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg Με συμπταγείς τροχούς και φρένα που κλειδώνουν στους οπίσθιους τροχούς Να φέρει βραχίονα στήριξης για να ακουμπάει ο ασθενής όταν κάθετα	ΝΑΙ		
31.	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	Το Σετ να περιεχει τουλάχιστον: Ανοξειδωτο νεφροειδες Ανοξειδωτο μπωλ Γενικης χρήσης 150 ml Ανοξειδωτη λαβίδα Kocher - ευθεία - 16 cm Ανοξειδωτη ανατομική λαβίδα - 16 cm Ανοξειδωτο ψαλίδι Ανοξειδωτη τολπολαβίδα Ανοξειδωτο δίσκο εργαλείων με καπάκι διαστάσεων περίπου 25 x 30 x 6.2 cm	ΝΑΙ		
32.	ΚΑΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt	Να διαθέτει πεντάλ και υδραυλικό μηχανισμό ανοίγματος με soft κλείσιμο Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό Με διαστάσεις περίπου 62x25x25cm Χωρητικότητα 20lt Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος	ΝΑΙ		
33.	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ	Ψηφιακό θερμομέτρο μετώπου με υπέρυθρες για θερμομέτρηση χωρίς επαφή Με φωτιζόμενη οθόνη LCD Με θήκη μεταφοράς Με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης μετά την τελευταία μέτρηση Λειτουργία με μπαταρίες Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη	ΝΑΙ		
34.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ	Μαξιλάρι μαλακό και ειδικά διαμορφωμένο για να τοποθετείται ανάμεσα στα γόνατα. Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την ιδανική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αφρό μνήμης (memory foam) Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρεθεί, να πλένεται και να επανατοποθετείται Διαστάσεις περίπου 25x20x15cm	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
35.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ)	Μαξιλάρι με κλίση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της πλάτης και για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των κάτω άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υποαλλεργικό υλικό. Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρεθεί, να πλένεται και να επανατοποθετείται Διαστάσεις περίπου 37x37x7cm	ΝΑΙ		
36.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	Μαξιλάρι για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης και την ανακούφιση του πόνου στην περιοχή του κόκκυγα Να είναι κατασκευασμένο από ανατομικό υλικό Να φέρει οπή στο κέντρο Να διαθέτει θήκη που να μπορεί να αφαιρεθεί, να πλένεται και επανατοποθετείται Με διάμετρο δακτυλίου περίπου 40cm και πάχος 7cm	ΝΑΙ		
37.	ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΥΣ	Με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Να διαθέτει προσθαιρούμενο δοχείο για να καθαρίζεται εύκολα Με ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 46-56cm Μέγιστο βάρος χρήστη 100kg Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους	ΝΑΙ		
38.	ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	Φουσκωτή λεκάνη για λούσιμο με ανατομική θέση για τον αυχένα για εύκολη τοποθέτηση Φουσκώνεται με τη χρήση αντλίας χειρός ή εναλλακτικά με το στόμα Η συγκράτηση του αέρα γίνεται με βαλβίδα ασφαλείας Από ανθεκτικό υλικό (π.χ. PVC) Να διαθέτει σωλήνα για τη εύκολη απομάκρυνση του νερού Να περιλαμβάνει αντλία χειρός (τρόμπα) Διαστάσεις περίπου 60x50x20cm	ΝΑΙ		
39	ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΛΟΥ	Ψηφιακή ζυγαριά δαπέδου με ευανάγνωστη οθόνη Μέγιστο βάρος (τουλάχιστον) 150kg Διαβάθμιση ανά 100gr Διαστάσεις περίπου 35x35cm Λειτουργία με μπαταρίες	ΝΑΙ		

Σημειώσεις:

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα (εφόσον απαιτούν συναρμολόγηση).

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

		ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 6%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	1					
2	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	1					
3	ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	2					
4	ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	1					
5	ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	1					
6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	3					
7	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	3					
8	ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2					
9	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ-ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1					
10	ΨΥΓΕΙΟ 89lt	1					
11	ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ	1					
12	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt	2					
13	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt	2					
14	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	1					
15	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt	1					
16	ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	2					
17	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ	1					
18	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	2					
19	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ	1					
20	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ	3					
21	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1					
22	ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1					
23	ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ	1					
24	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	1					
25	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	1					
26	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	3					
27	ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	3					
28	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	1					
29	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	3					
30	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ	2					
31	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	1					
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt	1					
33	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΘΕΡΣ	1					
34	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ	2					
35	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ)	2					
36	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	2					
37	ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ	2					
38	ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	2					
39	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	1					
	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ						
	ΦΠΑ						
	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ						
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ						



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Ο....., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία..... (σε περίπτωση νομικού προσώπου) με ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.: (έδρα..... οδός αριθμός Τ.Κ. τηλ.), αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την προμήθεια “ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ** ” υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στις τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

.....

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)